

REGIERUNGSPRÄSIDIUM TÜBINGEN

EICH- UND BESCHUSSWESEN BADEN-WÜRTTEMBERG

Office of Legal Metrology of the State of Baden-Württemberg (Germany)

DIE BEI DEN MESSUNGEN VERWENDETEN NORMALE SIND AUF DIE NATIONALEN NORMALE BEI DER PHYSIKALISCH-TECHNISCHEN BUNDESANSTALT RÜCKGEFÜHRT.
THE STANDARDS USED FOR THE MEASUREMENTS ARE TRACEABLE TO THE NATIONAL STANDARDS AT THE PHYSIKALISCH-TECHNISCHE BUNDESANSTALT.

Eichschein

Verification certificate



Nummer
Number **AL-15-00400**

Gegenstand
Object Nichtselbsttätige Waage
der Genauigkeitsklasse III
Mindestlast: 400 kg
Höchstlast: 50000 kg, e = 20 kg

Identifikation
Identification Typ: IT 9000
Fabr. Nr.: 000370

Hersteller
Manufacturer Höfler-Waagen GmbH

Antragsteller
Applicant Oehle Rohstoffverwertung GmbH
Otto-Hahn-Str. 4
78224 Singen


Prüfverfahren
Test procedure Entsprechend Abschnitt 6 der Prüfanweisung „Gesetzliches
Messwesen – Prüfanweisung für nichtselbsttätige Waagen
(GM-P9)“.

Ergebnis
Result Das Messgerät entspricht den Anforderungen des MessEG und
der MessEV.

Ort und Datum der Eichung
Place and date of verification Singen, 28.07.2015

Gültigkeit der Eichung bis 31.12.2018
This verification is valid until

Stempelzeichen
Marking



Die Gültigkeit der Eichung erlischt vorzeitig, wenn eine der in §37 Absatz 2 des MessEG beschriebenen Veränderungen eingetreten ist.

The validity of the verification has ceased to exist if one of the changes listed in §37 section 2 of the MessEG has occurred.

Eichscheine ohne Unterschrift und Dienstsiegel haben keine Gültigkeit. Dieser Eichschein darf nur unverändert weiterverbreitet werden.

Verification certificates without signature and official stamp are not valid. This verification certificate may only be reproduced in unchanged form

Ort und Datum
Place and date

Dienstsiegel
Official stamp

Im Auftrag
On behalf of

Albstadt, 30.07.2015



Andreas Fritschi